



08.10.2025 № (70)02.09ч-9/25

На № _____ от _____

О тестировании лабораторного флоккулятора

Генеральному директору
ООО «НПП Таглер»

В.Н. ПЕРШИНУ

E-mail: info@tagler.ru

Уважаемый Владимир Николаевич!

С июня 2024 по март 2025 года на базе Восточного отделения Центра контроля качества воды АО «МОСВОДОКАНАЛ» совместно с ООО «НПП Таглер» проводилось тестирование и совершенствование лабораторного Флоккулятора (модель «ФЛ-6М»), предназначенного для исследований эффективности работы осаждающих агентов.

В ходе тестирования были отмечены следующие преимущества данного оборудования:

1. Возможность программирования времени и частоты вращения для каждой из мешалок, как синхронно, так и отдельно, на каждой стадии моделирования процесса обработки природной воды;
2. Максимальная автоматизация процесса ввода реагентов для водоподготовки в ходе эксперимента, которая позволяет минимизировать влияние человеческого фактора;
3. Наличие автономной системы термостатирования образцов для поддержания заданной температуры в течение всего процесса коагулирования;
4. Наличие световой панели с регулировкой яркости света, что даёт возможность оценить процесс образования и осаждения хлопьев и флокул без использования дополнительного осветительного оборудования.

По итогам опытной эксплуатации прибор получил положительные отзывы специалистов Центра, имеющих многолетний опыт в проведении моделирования технологических процессов очистки природных вод в лабораторных условиях. Хотелось бы отдельно отметить профессиональный подход и заинтересованность специалистов Вашей компании, которые в течение всего срока проведения опытной эксплуатации прислушивались к предложениям и замечаниям со стороны сотрудников Центра и оперативно вносили изменения в конструкцию прибора для улучшения функциональных характеристик оборудования.

Учитывая вышесказанное, считаем данный прибор имеющим очевидные конкурентные преимущества на сегодняшнем рынке специализированного оборудования для проведения экспериментальных работ по оценке эффективности осаждающих агентов.

Директор Центра
контроля качества воды АО "Мосводоканал"



Е.В. Баранова